



공인시험기관 한국기기유화시험연구원

서울특별시 강남구 신사동 587-10 ☎135-892 <http://www.mpi.or.kr>
TEL: 02)2056-4730~8 FAX: 02)543-3934

(1)면중 (1)면

시험 성적서

접수번호 : 제OS-0519호

신청인주소 :

상 호 :

성 명 :

시 료 명 : 유처리제 (ECO-CLEAN)

시험기간 :

용 도 : 성능시험용

시험항목		시험치	시험방법
인화점 (C.O.C, °C)		생략	해양경찰청고시 제2005-01호 ('05. 1. 8)
등점도 (40 °C, mm ² /s)		0.8011	
유화율 (%)	처리상태	이상없음	
	30 초	91.1	
	10 분	41.5	
계면활성제의 생분해도 (%)		95.8	
생물에 대한 영향시험	스케레트 네마 코스타툼 (100 ppm)	약간 엷은 색조	
	송사리 시험 (24 hr, TLm, ppm)	4,000 이상	
	알테미아 새우 (24 hr, TLm, ppm)	4,000 이상	
	우럭 (24 hr, TLm, ppm)	2,000 이상	
유등점 (°C)		-5.0	
색 (ASTM)		L0.5	
밀도 (15 °C, g/cm ³)		1.0096	

끝.

시험자 : 홍진석

승인자 : 기술책임자 이수민

한국기기유화시험연구원장

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
- 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.